



Podría complicar tratamientos

## Ordenan retiro inmediato de anticonceptivos

El Instituto de Salud Pública (ISP) ordenó este jueves el retiro inmediato del mercado del anticonceptivo Zinnia P Comprimidos Recubiertos, a raíz de la coloración defectuosa que presentan comprimidos, similares a los del placebo.

La serie afectada es la 8153477 (Levonorgestrel 150 mcg y Etini-

lestradiol 30 mcg), del laboratorio Mylan Laboratories Limited.

De acuerdo a lo que detalla el organismo, Zinnia P Comprimidos Recubiertos presentó problemas de calidad en un blister, donde se exhibían comprimidos con coloración similar (color beige o café claro) al placebo ubicados en el lugar de los comprimidos con el prin-

cipio activo (color blanco); lo que representa una potencial falla de tratamiento en la anticoncepción.

Por estos antecedentes el ISP instruyó a la Central Nacional de Abastecimiento, importador del producto, el retiro inmediato del mercado para destrucción del lote denunciado.

**Emol**